

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Označení	Směrnice č. A/S/962/2/2019
Věc	Provozní řád laboratoře - vzor
Působnost	celoškolská
Účinnost od	15. 2. 2019
Účinnost do	neomezeně
Revize	
Zrušuje se	
Vypracoval	Oddělení bezpečnosti práce - 972
Vydala	Ing. Ivana Chválná, kvestorka

- 1) Laboratoř a její zařízení mohou být použity jen pro účely, ke kterým jsou určeny (takovým účelem je zejména: výzkum, studentská vědecká činnost, projekční a diplomové práce, VHČ, případně další činnosti).
- 2) V každé laboratoři musí být ustanoven „vedoucí laboratoře“.
- 3) Za stav laboratoře odpovídá a její provoz kontroluje vedoucí laboratoře, který je odpovědný vedoucímu ústavu.
- 4) Každé mechanické a elektrické zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací, kterou je vedoucí laboratoře povinen ukládat, doplňovat a aktualizovat.
- 5) V laboratoři mohou pracovat a pohybovat se jen osoby k tomu oprávněné. V případě obsluhy elektrického zařízení musí mít tyto osoby kvalifikaci podle § 4 anebo vyšší dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, nebo být alespoň poučeni vedoucím laboratoře.
- 6) Vstup do laboratoře ostatním osobám (mimo oprávněných osob) je povolen v odůvodněných případech jen za přítomnosti pracovníka pověřeného vedoucím laboratoře.
- 7) Charakteru práce v laboratoři musí odpovídat oděv a úprava zevnějšku pracovníka (blíže specifikováno ve Směrnici Laboratorní řád - vzor).
- 8) V laboratoři je přísně zakázáno konzumovat jakékoliv nápoje, potraviny a kouřit.
- 9) Při obsluze laboratorního zařízení a přístrojů je dovoleno dotýkat se jen těch částí, které jsou k obsluze určeny. Přitom je nutno dodržovat bezpečné vzdálenosti od částí pod napětím podle ČSN EN 50110-1 ed. 2. a nevyřazovat z provozu ochranné prvky.
- 10) Všechny elektrické přístroje (elektrické spotřebiče, svítidla, elektrická zařízení informační techniky, pohyblivé přívody a šňůrová vedení, elektrické a elektronické měřicí přístroje), které jsou v laboratoři používány, podléhají kontrolám a revizím ve smyslu znění ČSN 331600 ed. 2 a ČSN 33 1600 ed.2). Revize musí být prováděny pověřenými pracovníky v pravidelných intervalech v rozsahu stanoveném normou; o provedených revizích se vede průkazná dokumentace ve smyslu článku 7 ČSN 331600 ed. 2.
- 11) Nastane-li nepředvídaná situace, při které by mohla být ohrožena bezpečnost osob nebo hrozit škoda, je nutno činnost, která tuto situaci způsobila, přerušit (vypnout zařízení apod.). Obnovení činnosti je přípustné až po spolehlivém zajištění bezporuchové funkce zařízení oprávněným pracovníkem. Zjištěné závady je nutno hlásit vedoucímu ústavu a provést zápis do provozní dokumentace, pokud je vedena. Škodu způsobenou

nedodržení laboratorního řádu a hrubou nedbalostí je povinen uhradit ten, kdo tuto škodu způsobil.

- 12) Vedoucí laboratoře určí odpovědného pracovníka za nakládání s chemickými látkami a přípravky a za používání chemikálií. Tento pracovník zodpovídá za správnou evidenci, manipulaci, skladování chemických látek a přípravků a řádný úklid v případě kontaminace. K tomu používá potřebné osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky. Chemikálie ukládá vždy do předem určené skříňe, uspořádá je přehledně, tak že nádoby opatří nápisy a uloží je tak, aby nemohlo dojít k samovolnému pádu. Pracovník dále vede seznam chemikálií, včetně piktogramů (symbolů nebezpečnosti) a bezpečnostních listů.
- 13) Zaměstnanci pracující v laboratořích musí být seznámeni vedoucím laboratoře s bezpečnostními zásadami při práci s chemikáliemi, jejich užíváním a likvidací. Zaměstnanci mají povinnost prostudovat bezpečnostní list. Bezpečnostní list musí být založen u vedoucího laboratoře.
- 14) Vedoucí ústavu vede Knihu úrazů a drobných poranění v listinné či elektronické podobě. Má za povinnost bezodkladně zjišťovat příčiny pracovních úrazů, oznamovat je příslušným orgánům a provádět opatření potřebná k nápravě v součinnosti s vedoucím ústavu.
- 15) Dočasné výjimky z tohoto provozního řádu laboratoře mohou být povoleny vedoucím ústavu pouze v registrované písemné formě s přesnou specifikací charakteru výjimky. Povolení bude archivováno vedoucím laboratoře.

Ing. Ivana Chválná